
PRESSALIT®

Article	PLUS barre de relèvement, réglable en hauteur et latéralement
Numéro article	R3560112000
	VVS:615857000 NRF:6190588 EAN:5708590308197 HMI: 71765 NBS:N13:436 FDA: ILS/D135866
Couleur	Blanc
Déscription	**Supprimé le 31/12-2018 et remplacée par R3570** PLUS barre de relèvement, longueur 670 mm. Design ergonomique qui offre à l'utilisateur un soutien confortable et reposant ainsi qu'une qualité d'appui optimale. Réglage de la main droite. Réglable en hauteur de 240 mm et réglable latéralement. Rabattable et amovible. Façade glissière-support verticale gris anthracite. Matériaux : aluminium avec une surface en matière synthétique antidérapante. Pour équipement de PLUS glissière-support horizontale (non incluse). **Supprimé le 31/12-2018 et remplacée par R3570** PLUS barre de relèvement, longueur 670 mm. Design ergonomique qui offre à l'utilisateur un soutien confortable et reposant ainsi qu'une qualité d'appui optimale. Réglage de la main droite. Réglable en hauteur de 240 mm et réglable latéralement. Rabattable et amovible. Façade glissière-support verticale gris anthracite. Pour équipement de PLUS glissière-support horizontale (non incluse).
Réglage	Réglable en hauteur et latéralement
Hauteur de réglage	240 mm
Capacité du produit	Charge maximale : 150 kg. Lorsque la barre est chargée de 150 kg, chaque vis de montage dans le glissière-support horizontal est chargé de 31 kg. *PLUS barres de relèvement ont été testé statiquement jusqu'au 700 kg (près du mur), 425 kg (au milieu) et 225 kg (à l'extremité du barre).*



PRESSALIT®

Article	PLUS barre de relèvement, réglable en hauteur et latéralement
Numéro article	R3560112000
Materiaux	La barre de relèvement est principalement composée d'aluminium anodisé 10 microns, avec, à l'extrémité, une surface de préhension antidérapante en SEBS doux et sont renforcés d'une âme en fibres de verre et nylon. La barre de relèvement au niveau de l'articulation est aussi recouverte de SEBS doux. Le cylindre des charnières est recouvert d'une pièce de finition en polymère ABS. Les composants internes et les fixations sont principalement faits d'acier inoxydable.
Ergonomie	L'extremité de la barre de relèvement est un appui précieux, quand on s'assied ou se relève. En même temps, l'utilisateur a une sensation précise de la limite de l'appui. La surface antidérapante et agréable au toucher assure une bonne prise.
Fonctions	La barre de relèvement est équipée d'une articulation qui permet de rabattre le bras contre le mur. De différents accessoires peuvent être montés en-dessous de la barre. La barre de relèvement peut être poussée le long de la glissière-support horizontale.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

Article	PLUS barre de relèvement, réglable en hauteur et latéralement
Numéro article	R3560112000

Usage prévu
La barre de relèvement sert de support à la personne au moment de s'assoir et de se relever des toilettes ou lors de transfert depuis ou vers le fauteuil roulant.
Environnement d'exploitation
Pour un usage en intérieur dans un environnement humide tel qu'une salle de bain dans des logements privé, centres de soins et centres hospitaliers.
Dans le cadre d'un usage institutionnel, la durée de vie prévue est de 10 ans.
Test de cycle de vie réalisé conformément à la norme ISO 17966:2016.

Pour l'entretien, veuillez voir le manuel d'utilisation et d'entretien, qui est fourni avec le produit et aussi téléchargeable sur le site web.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com